

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การเปรียบเทียบผลการคำนวณปริมาณรังสีแบบปริมาตรกับแบบจุด
ขณะทำการสอดใส่สารกัมมันตรังสีในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

ผู้เขียน นางสาวเกศวดลย์ แสนประสาท

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการแพทย์)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อ.ดร. สมศักดิ์	วรรณวิไลรัตน์	ประธานกรรมการ
รศ.นพ. วิชาญ	หล่อวิทยา	กรรมการ
พศ. สัตคตา	เฉลยกิตติ	กรรมการ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันภาพตัดขวางคอมพิวเตอร์และเครื่องวางแผนรังสีรักษาสามมิติเข้ามามีบทบาทในการวางแผนรังสีรักษาแบบระยะใกล้ แต่การคำนวณปริมาณรังสีที่จุดอ้างอิงแบบคงเดิมยังคงถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการวางแผนรักษาและรายงานผล การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเปรียบเทียบผลการคำนวณปริมาณรังสีแบบปริมาตรจากภาพตัดขวางคอมพิวเตอร์และแบบจุดจากภาพเอกซเรย์อัลโกริทึมของผู้ป่วยที่ใช้ในการวางแผนรังสีรักษาแบบระยะใกล้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

รังสีแพทย์กำหนดครอยโรคหลัก (GTV) และขอบเขตที่คาดว่าจะมีรอยโรค (CTV) ของผู้ป่วยแต่ละรายบนภาพตัดขวางคอมพิวเตอร์ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะ IIIB และ IIIB รวมจำนวน 7 ราย และถ่ายภาพเอกซเรย์อัลโกริทึมของผู้ป่วยรายเดียวกันนี้ ใช้คำนวณปริมาณรังสีแบบจุดตามระบบแผนเชลเตอร์และคำนวณปริมาณรังสีบนภาพตัดขวางคอมพิวเตอร์ของผู้ป่วยแต่ละรายด้วยเครื่องวางแผนรังสีรักษา (PLATO) ทำการวิเคราะห์ปริมาณรังสีที่จุดอ้างอิงต่าง ๆ และวิเคราะห์แผนภูมิปริมาณรังสี-ปริมาตร (DVH) ของ GTV และ CTV เปรียบเทียบกับผลการคำนวณปริมาณรังสีแบบจุด

จากการคำนวณโดยใช้ภาพตัดขวางคอมพิวเตอร์ของผู้ป่วยทั้ง 7 ราย พนว่าร้อยโรค GTV และ CTV มีขนาดปริมาตรเฉลี่ยเท่ากับ 107.45 cc และ 153.30 cc ตามลำดับ ปริมาณรังสีแบบจุดคำนวณตามระบบแม่นเซตอัรพนปริมาณรังสีเฉลี่ยที่จุด A และ B มีค่า 600 cGy ($SD=1.71$) และ 171.18 cGy ($SD=1.72$) ตามลำดับ การเปรียบเทียบผลการคำนวณแบบจุดกับแบบปริมาตรพบว่าปริมาณรังสีที่จุด A คลุมปริมาตรของ GTV ได้ 58.15% (53.35 cc) และ 52.66% (55.11 cc) สำหรับผู้ป่วยระยะ IIIB และ IIIIB ตามลำดับ รอยโรค CTV ปริมาณรังสีที่จุด A คลุมปริมาตรได้ 46.49% (60.45 cc) และ 43.04% (62.31 cc) สำหรับผู้ป่วยระยะ IIIB และ IIIIB ตามลำดับ เส้นปริมาณรังสีที่คลุมปริมาตร GTV และ CTV (D_{100}) ทั้งหมดมีค่าเฉลี่ย 154.48 cGy (25.75% ของจุด A) และ 131.02 cGy (21.84% ของจุด A) ตามลำดับ เส้นปริมาณรังสีที่คลุม 95% ของปริมาตร GTV (D_{95}) ในผู้ป่วยระยะ IIIB และ IIIIB มีค่า 293.44 cGy (48.91% ของที่จุด A) และ 250.35 cGy (41.72% ของที่จุด A) ตามลำดับ ส่วน CTV เส้นปริมาณรังสีที่คลุม 95% ของปริมาตร (D_{95}) เท่ากับ 243.70 cGy (40.70% ของที่จุด A) และ 212.09 cGy (35.35% ของที่จุด A) ตามลำดับ

ปริมาณรังสีที่แพทย์กำหนด (prescription dose) ที่จุด A คลุมปริมาตร GTV เฉลี่ยเท่ากับ 55.18% และคลุมปริมาตร CTV เฉลี่ยเท่ากับ 44.62% ดังนี้จากการศึกษาพบว่าปริมาณรังสีกำหนดที่จุด A ไม่คลุมรอยโรคทั้งหมดซึ่งอาจต้องนำไปพิจารณาในการวางแผนรักษาแบบระยะใกล้ในผู้ป่วยมะเร็งปอดคงคู่

Thesis Title Comparison of Volumetric and Points Dose Calculation
During Intracavitary Brachytherapy for Cervical Cancer

Author Miss Gedwalai Sanprasath

Degree Master of Science (Medical Physics)

Thesis Advisory Committee

Lect.Dr. Somsak	Wanwilairat	Chiarperson
Assoc.Prof. Vicharn	Lorvidhaya	Member
Asst.Prof. Ladda	Chalaykitti	Member

ABSTRACT

Recently the CT images and the modern treatment planning systems are used in brachytherapy treatment planning. The points dose calculation are still the standard brachytherapy planning and reporting method. In this study, we compared the CT-based volumetric calculation and the orthogonal films based points dose calculation in the intracavitary brachytherapy treatment planning for cervical cancer.

Seven cervical cancer patients with stage IIB and IIIB were imaging with the x-ray orthogonal films and the CT scanning. The GTV and CTV were defined on PLATO treatment planning system by one radiation oncologist. Reference points dose and the Dose Volume Histograms from CT based dose calculation were compared with the orthogonal films based points dose calculation.

From the CT based dose calculation, the mean volumes of GTV and CTV were 107.45 cc and 153.03 cc, respectively. According to the orthogonal films method, the average doses at point A and B were 600 cGy (SD=1.71) and 171.18 cGy (SD=1.72), respectively. Comparison of volumetric and points dose calculations method, we found that the point A dose encompassed 58.15% of GTV (53.35 cc) and 52.66% of GTV (55.11 cc) for stage IIB and IIIB,

respectively. For the CTV, the point A dose encompassed 46.49% of CTV (60.45 cc) and 43.04% of CTV (62.31 cc) for stage IIB and IIB, respectively. The isodose encompassed the whole GTV and CTV (D_{100}) were 154.48 cGy (25.75% of point A dose) and 131.02 cGy (21.84% of point A dose), respectively. The mean D_{95} of GTV were 293.44 cGy (48.91% of point A dose) and 250.35 cGy (41.72% of point A dose) for stage IIB and IIB, respectively. The mean D_{95} of CTV were 243.70 cGy (40.70% of point A dose) and 212.09 cGy (35.35% of point A dose) for stage IIB and IIB, respectively.

From our study, the prescription dose to point A encompassed only 55.18 % of GTV and 44.62 % of CTV. This may be take into account in brachytherapy treatment planning for cervical cancer.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved